


## 政府采购进口产品专家论证意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	口腔内窥镜系统
拟采购产品金额	130 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
<p>原因阐述：</p> <p>口腔内窥镜系统用于口腔各专业的精细诊断与治疗，对高清图像质量、镜头稳定性、光源表现及软件集成度要求极高。目前国产设备在高清分辨率、色彩还原、耐消毒性能、智能化系统及临床循证方面与进口产品存在明显差距，难以满足高端种植、显微根管、精准修复等临床需求。</p>	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p style="font-size: 1.2em;">口腔内窥镜系统主要用于口腔各专业的精细诊断与治疗，对设备的高清图像质量，镜头稳定性要求较高，国产设备不能满足采购人要求，同意采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：吴五 2021 年 3 月 6 日</p>	

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	口腔内窥镜系统
拟采购产品金额	130 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取;	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取;	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他;	
原因阐述: 口腔内窥镜系统用于口腔各专业的精细诊断与治疗,对高清图像质量、镜头稳定性、光源表现及软件集成度要求极高。目前国产设备在高清分辨率、色彩还原、耐消毒性能、智能化系统及临床循证方面与进口产品存在明显差距,难以满足高端种植、显微根管、精准修复等临床需求。	
三、专家论证意见	
拟进口设备不属于《中国禁止、限制进口货物目录》中的禁止、限制类进口产品,不违背国家法律及倡导性政策强制性规定,符合技术专家论证意见,符合进口相关法律法规、法规规定,同意采购进口产品。	
专家签字: 马晓凤 2026 年 3 月 26 日	


## 政府采购进口产品专家论证意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	口腔内窥镜系统
拟采购产品金额	130 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 口腔内窥镜系统用于口腔各专业的精细诊断与治疗，对高清图像质量、镜头稳定性、光源表现及软件集成度要求极高。目前国产设备在高清分辨率、色彩还原、耐消毒性能、智能化系统及临床循证方面与进口产品存在明显差距，难以满足高端种植、显微根管、精准修复等临床需求。	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p style="font-size: 1.2em;">进口产品技术优于国内同类产品，色彩还原度、分辨率、镜头稳定性、光源表现及软件集成度要求极高。目前国产设备在高清分辨率、色彩还原、耐消毒性能、智能化系统及临床循证方面与进口产品存在明显差距，难以满足高端种植、显微根管、精准修复等临床需求。国内设备目前尚无法达到同等技术水平。同意采购进口产品。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             专家签字               2021年3月26日           </div>	

## 政府采购进口产品专家论证意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	口腔内窥镜系统
拟采购产品金额	130 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 口腔内窥镜系统用于口腔各专业的精细诊断与治疗，对高清图像质量、镜头稳定性、光源表现及软件集成度要求极高。目前国产设备在高清分辨率、色彩还原、耐消毒性能、智能化系统及临床循证方面与进口产品存在明显差距，难以满足高端种植、显微根管、精准修复等临床需求。	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p style="font-size: 1.2em;">进口口腔内窥镜系统，图像分辨率 <math>\geq 6000 \text{ pixel}</math>，且镜头无下污染，安全性较高，摄像机具备自动排渣功能，分辨率 <math>\geq 2000 \times 1080</math>，色彩还原度较高，但国产设备在以上技术基础上无法满足上述要求，无法满足临床实际需求，安全性较差，进口产品进口。</p> <div style="text-align: right;">             专家签字：何生              2016年3月26日           </div>	

## 政府采购进口产品专家论证意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	口腔内窥镜系统
拟采购产品金额	130 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 口腔内窥镜系统用于口腔各专业的精细诊断与治疗，对高清图像质量、镜头稳定性、光源表现及软件集成度要求极高。目前国产设备在高清分辨率、色彩还原、耐消毒性能、智能化系统及临床循证方面与进口产品存在明显差距，难以满足高端种植、显微根管、精准修复等临床需求。	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p style="font-size: 1.2em;">目前，国产产品在镜头成像质量、分辨率、色彩还原、AI 识别等方面，与进口产品存在一定差距，不能满足特殊病人的治疗需求，因此建议进口。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：  2026 年 3 月 26 日</p>	