



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动式骨手术器械
拟采购产品金额	40 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 电动骨手术器械用于骨科、脊柱外科、神经外科等高精度手术，对切割精准度、动力稳定性、振动控制及安全性要求极高。国产产品在电机驱动、高速切削稳定性、散热性能及安全机制上与进口产品存在明显差距，难以满足高难度手术需求。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">电动式骨手术器械主要用于骨科、脊柱外科等科室，对设备的切割精度和去动力稳定性要求较高，目前国产设备不能完全满足临床需求，同意采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：  2026 年 3 月 21 日</p>	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动式骨手术器械
拟采购产品金额	40 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
<p>原因阐述：</p> <p>电动骨手术器械用于骨科、脊柱外科、神经外科等高精度手术，对切割精准度、动力稳定性、振动控制及安全性要求极高。国产产品在电机驱动、高速切削稳定性、散热性能及安全机制上与进口产品存在明显差距，难以满足高难度手术需求。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">拟进口设备不属于《中国禁止、限制进口产品目录》中的禁止、限制进口产品，不违背国家现行法律及倡导性政策强制性规定，符合技术需求论证意见，符合进口相关法律、规章、规定，同意采购进口产品。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>专家签字：[Signature]</p> <p>2026年3月26日</p> </div>	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动式骨手术器械
拟采购产品金额	40 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
<p>原因阐述：</p> <p>电动骨手术器械用于骨科、脊柱外科、神经外科等高精度手术，对切割精准度、动力稳定性、振动控制及安全性要求极高。国产产品在电机驱动、高速切削稳定性、散热性能及安全机制上与进口产品存在明显差距，难以满足高难度手术需求。</p>	
三、专家论证意见	
<p>进一步的转速在高速状态下. 运行更稳定. 转速在 40000/min 左右 扭力倍之且锯片型号齐全适合不同患者特殊病情. 手术 防小. 而扭力倍. 防止. 可避免院内感染 且到国内设备商不 科完全系列同材料. 同系列可进口</p>	
<p>专家签字: </p> <p>2021年3月26日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动式骨手术器械
拟采购产品金额	40 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 电动骨手术器械用于骨科、脊柱外科、神经外科等高精度手术，对切割精准度、动力稳定性、振动控制及安全性要求极高。国产产品在电机驱动、高速切削稳定性、散热性能及安全机制上与进口产品存在明显差距，难以满足高难度手术需求。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">进口电动式骨手术器械，动力轴扭矩输出 $\geq 45N \cdot cm$，最大转速 $\geq 80,000$ 转/分，防水全封闭设计，可高温高压消毒，但国产设备在以上技术指标上无法满足招标要求，无足够时间的高温高压消毒，安全性较差。同意采购进口设备。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：  2016 年 7 月 26 日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动式骨手术器械
拟采购产品金额	40 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心口腔内窥镜系统等 17 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	240.15 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 电动骨手术器械用于骨科、脊柱外科、神经外科等高精度手术，对切割精准度、动力稳定性、振动控制及安全性要求极高。国产产品在电机驱动、高速切削稳定性、散热性能及安全机制上与进口产品存在明显差距，难以满足高难度手术需求。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;"> 痛。国产产品在动力功率控制、切割精度、振动控制等方面与进口产品存在一定差距，不能满足复杂手术的要求，同意原装进口产品。 </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家签字：  2026年2月26日 </div>	