

产品名称	电动式骨手术器械	数量	1
质量层次	进口		
设备配置要求及用途:			
用于完成颌面外科骨手术的切割、切削、切除、切断及钻孔			
具体技术参数:			
<p>1. 主机</p> <p>1.1适用于 口腔颌面外科切骨、打磨、转孔等各类手术方式 。</p> <p>1.2主机高清液晶触摸屏≥ 6.5寸，扭矩输出$\geq 45N \cdot cm$；微型马达电动输出，最高转速$\geq 80,000$转/分，最低转速$\leq 1,000$转/分，精确调速；</p> <p>1.3主机双路输出，可同时连接两个手柄，动力输出可随时切换到不同的手柄，并且可接18种以上不同规格手柄以保证各科室及各种手术需求；</p> <p>1.4自动识别马达，提供最佳转速给不同的马达和手柄，不用专门设置,可设定反转声音提示，自带注水泵并可调节设定水量，并且使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整；</p> <p>2. 微型电动马达</p> <p>2.1高速无炭刷电动马达，无需保养，可高速瞬停，支持转速≥ 80000转/分，长时间使用发热量低，最高扭矩$\geq 6N \cdot cm$；</p> <p>2.2低噪音，正反转功能自由切换；</p> <p>2.3防水全封闭设计，可高温高压消毒，可适用热清洗机进行清洗、消毒，可浸泡清洗。</p> <p>3. 脚控</p> <p>3.1. 无级调速，便携设计；</p> <p>3.2防水等级IPX8,可以自选编程.可自选控制转速。</p> <p>3.3水泵出水量控制。</p> <p>4. 钻子手柄</p> <p>4.1 转速≥ 8万转，1:1输出，扭力≥ 4.5牛；</p> <p>4.2 可匹配2.35mm钻头</p> <p>5. 磨钻手柄</p> <p>5.1 转速≥ 80000转/min，长度≥ 25mm</p> <p>5.2 匹配耗材直径2.35mm</p> <p>5.3 可高温高压消毒，安装拆卸方便。</p> <p>6. 往复锯手柄</p> <p>6.1. 最高转速≥ 20000转/分</p> <p>6.2摆幅≤ 2.5mm</p> <p>6.3 多种锯片可选</p> <p>7. 骨锯马达</p> <p>7.1全封闭设计，马达防水可以高温</p> <p>7.2可以接3种不同锯手柄，</p> <p>7.3有手控可选</p> <p>7.4 转速大于等于20000转/分。</p>			