

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	息县人民医院	
项目信息	项目名称	息县人民医院飞利浦血管机球管更换项目
	供应商名称	飞利浦(中国)投资有限公司
专业人员信息	姓名	谢林衡
	职称	/
	工作单位	息县卫生健康委员会
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>原设备采用了飞利浦厂家的球管,是其定品牌的球管不兼容,国内外没有技术参数完全符合的合法球管,该产品供应商为飞利浦(中国)投资有限公司,符合单一来源采购的条件,根据政府采购法第三十一条规定,建议采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	谢林衡	日期: 2024年 5月 8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述, 手工填写。