

球管技术参数要求

1. 标称管电压：125KV；
2. 热容量：6.4MHU
3. 焦点标称值：0.4/0.7mm
4. 靶焦：11°
5. 固有滤过：2.5mmAl/75kV
6. 靶材：RT/TZM
7. 匹配院方飞利浦数字减影血管造影系统（DSA）设备专机专用。
8. 承诺由持有原厂培训合格证书的专业工程师提供服务，并提供原厂该设备型号对应的有效期内培训证明，培训证书需具备二维码验证真伪，与原厂培训网站查询结果一致。
9. 飞利浦原厂原装进口全新球管，提供同型号产品进口报关单。