

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	息县人民医院	
项目信息	项目名称	息县人民医院飞利浦血管机球管更换项目
	供应商名称	飞利浦(中国)投资有限公司
专业人员信息	姓名	段英茹
	职称	高级
	工作单位	息县妇幼保健院
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>拟采购球管设备原厂设计与飞利浦原厂电气接口,机械结构.散热系统定制,具有较高技术壁垒和研发投入要求,且国产球管不匹配.驱动信号不兼容.目前国内无替代产品.根据政府采购第三十一条规定.建议采用单一来源采购.</p>	
专业人员签字	段英茹	日期:2016年5月8日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述,手工填写。