


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	息县人民医院
拟采购产品名称	球管
拟采购产品金额	129.4 万元
采购项目所属项目名称	息县人民医院飞利浦血管机球管更换项目
采购项目所属项目金额	129.4 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其它:	
原因阐述: <p>作为飞利浦数字减影血管造影系统（DSA）的关键备件，球管和原设备的匹配具有唯一性，为原装进口产品，中国境内无法获取，同时设备价值高、使用频率高、维修保养技术要求高，且该设备零配件不属于《中国政府禁止进口、限制进口产品目录》中规定的禁止进口或限制进口的产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>原球管具有独特的技术要求，该球管的设计与制造严格依据原设备的接口、机械结构、散热系统及控制逻辑进行定制，目前国内没有可用替代品。</p> <p>该产品属于《中华人民共和国进出口限制产品目录》中禁止或限制类产品，建议购置该进口产品。</p>	
专家签字:	
2026 年 5 月 8 日	