

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	息县人民医院
拟采购产品名称	球管
拟采购产品金额	129.4 万元
采购项目所属项目名称	息县人民医院飞利浦血管机球管更换项目
采购项目所属项目金额	129.4 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其它:	
原因阐述: 作为飞利浦数字减影血管造影系统 (DSA) 的关键备件, 球管和原设备的匹配具有唯一性, 为原装进口产品, 中国境内无法获取, 同时设备价值高、使用频率高、维修保养技术要求高, 且该设备零配件不属于《中国政府禁止进口、限制进口产品目录》中规定的禁止进口或限制进口的产品。	
三、专家论证意见 该拟采购的球管设备是飞利浦原厂系统 属于进口设备 具有较高的技术壁垒和研发要求, 国产设备不匹配, 无替代品. 该产品不属于《中国政府禁止、限制进口产品目录》中禁止或限制进口产品, 建议采购进口产品	
专家签字: 段某	2026 年 5 月 8 日