

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	移动 CT
拟采购产品金额	1700万
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院设备更新采购项目（移动 CT）
采购项目所属项目金额	1700万
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：拟采购设备为移动 CT（移动式电子计算机断层扫描设备），主要用于院内急危重症床旁扫描、术中实时成像、急诊转运检查及偏远/灾害场景下的快速诊断，需具备高成像质量、低剂量扫描、快速重建、术中导航兼容、移动灵活与高稳定性等核心能力。国产移动 CT 核心部件部分依赖进口、集成度与精密加工水平不足，故障率偏高、寿命较短、连续高负荷运行稳定性差。</p> <p>综上所述，目前国内同类移动 CT 与进口产品在核心硬件、成像质量、低剂量技术、扫描速度、临床功能、稳定性与术中适配性等关键指标上仍存在一定差距，为满足本院临床与科研需求。特申请采购进口产品。</p>	

三、专家论证意见

目前,国产产品在移动精度,噪声风险控制,技术成熟度,信噪比,伪影抑制或功能软件等方面与进口产品存在一定差距,不能满足特殊病人(如重症神经损伤患者)的特殊要求,同意采购进口产品。

专家签字:



2026年4月30日