

政府采购进口设备专家论证会专家名单

项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目

论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	工程师	13213208656	计算机

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	自动血沉仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 自动血沉仪进口设备具备高精与先进检测技术, 精度 $\pm 0.2\text{mm}$ 自动化与高效处理能力优于国产同类设备, 温度补偿与稳定性优于国产设备, 为更好的为患者服务, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口自动血沉仪具有以下技术优势: 1. 检测精度高 2. 检测参数多如 3. 检测范围宽。线性好。 国产设备无法替代	
专家签字:	王卫红
2025年8月8日	

12

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	自动血沉仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 自动血沉仪进口设备具备高精与先进检测技术, 精度 $\pm 0.2\text{mm}$ 自动化与高效处理能力优于国产同类设备, 温度补偿与稳定性优于国产设备, 为更好的为患者服务, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
此自动血沉仪为国产设备, 具有测量精度高, 测量结果可靠, 稳定性好等特点, 能够满足临床需求。	
专家签字: 许世强	
	2025年 8月8日

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	自动血沉仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 自动血沉仪进口设备具备高精与先进检测技术, 精度 $\pm 0.2\text{mm}$ 自动化与高效处理能力优于国产同类设备, 温度补偿与稳定性优于国产设备, 为更好的为患者服务, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的自动血沉仪, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平旦 (法律)	
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	自动血沉仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 自动血沉仪进口设备具备高精与先进检测技术, 精度 $\pm 0.2\text{mm}$ 自动化与高效处理能力优于国产同类设备, 温度补偿与稳定性优于国产设备, 为更好的为患者服务, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
血沉仪进口设备, 具备高精度与先进检测技术, 精度$\pm 0.2\text{mm}$. 自动化与高效处理能力, 优于国产同类设备. 检测速度 200 个样本/小时, 优于国产同类设备. 检测范围 1-160 mm/hr. 为满足临床需求, 同意采购进口设备。	
专家签字: 梁明	
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	自动血沉仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 自动血沉仪进口设备具备高精与先进检测技术, 精度 $\pm 0.2\text{mm}$ 自动化与高效处理能力优于国产同类设备, 温度补偿与稳定性优于国产设备, 为更好的为患者服务, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口自动血沉仪检测精度$\leq 0.2\text{mm}$, 检测线性$< 5\%$ 系统允许误差范围$\leq +4\text{mm}/-1\text{mm}$ 合格, 稳定性和准确性 均良好, 但国产设备在以上各项技术指标上均有所 进口设备, 误差更小, 稳定性更好。	
专家签字:	何生
2025年8月28日	