

# 技术参数

|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|
| 产品名称                                                                                                                                                                                                                                                       | 自动血沉仪 | 数量 | 2 |
| 质量层次                                                                                                                                                                                                                                                       | 进口    |    |   |
| 设备配置要求及用途：<br>红细胞沉降率检测主要用于自身免疫疾病、感染性疾病、肿瘤等疾病的病情变化情况，当血沉加快时，提示疾病复发或者进展。                                                                                                                                                                                     |       |    |   |
| 具体技术参数：                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |   |
| ▲1. 检测原理：红外线障碍法；<br>2. 检测精度： + / - 0.2mm；<br>3. 检测重复性：CV < 5%；<br>4. 检测速度：≥200 个样本/小时；<br>5. 样本容量：≥100 个/次；<br>6. 采样允许误差范围： + 4mm/ - 10mm；<br>7. 温度矫正功能：室温 18 摄氏度为标准；<br>8. 检测范围：1～140mm/hr；<br>▲9. 质控：有原装配套的质控品；<br>▲10. 能够显示并打印动态曲线图；<br>11. 采血量：≤1.3ml。 |       |    |   |
| 12、投标文件中承诺可提供产品说明书和标签                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |   |
| 13、如设备涉及软件或 PC 工作站，必需接入医院内网，安装杀毒软件，并且提供设备支撑软件安装包及相关部署说明文档                                                                                                                                                                                                  |       |    |   |
| 14、如设备涉及出具检查报告等功能，需免费与院内 HIS/LIS/PACS 等系统进行对接                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |
| 15、售后服务要求                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |   |
| 15.1 维修响应速度：1 小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日；                                                                                                                                                                             |       |    |   |
| 15.2 保修期内的开机率：投标方保证开机率≥98%（按一年 365 天计算）；                                                                                                                                                                                                                   |       |    |   |
| 15.3 24 小时内未完成维修，应在 3 个日历天内提供备用机；维修备件送达期限：国内不超过 7 天，国外不超过 14 天                                                                                                                                                                                             |       |    |   |
| 15.4 设备免费原厂保修期 5 年（包含所有问题），需提供与原厂签订的保修协议；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。                                                                                                                                                                                    |       |    |   |
| 15.5 提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；                                                                                                                                                                                                                           |       |    |   |
| 15.6 根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训                                                                                                                                                                                                                                |       |    |   |
| 15.7 设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |   |

16、需免费提供设备安装调试及安装所需的配套场地条件：包含但不限于设备线缆铺设、管路对接、接地工作、墙面或地面的打孔、切割及固定、预埋件的施工安装、设备基座固定等适配性改造施工等，确保设备开机使用。