

政府采购进口设备专家论证会专家名单

项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目


论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	讲师	13213208656	电声工程

5v


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	流式细胞仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：流式细胞仪进口设备核心技术领先，性能优异，光学系统采用更高质量的激光器，光学滤光片更精准，透光率更高、荧光分辨率： $CV \leq 2\%$ ，优于国产设备，电子系统采用高速的数据采集和处理系统，为满足临床患者需求，特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见 进口流式细胞仪具有以下技术优势： 1. 具备三根大波长激光器，功率精准控制，波长范围多。 2. 软件读取速度快，1秒钟读取数据可达30000个/秒。 3. 液路系统有多种流速设置，流速范围100-10000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 调节。 4. 荧光灵敏度极高，可检测微量样品。荧光5种补偿可调节，防止交叉干扰。 综上所述，进口流式细胞仪具有明显优势。	
专家签字：	
2025年8月20日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	流式细胞仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 流式细胞仪进口设备核心技术领先, 性能优异, 光学系统采用更高质量的激光器, 光学滤光片更精准, 透光率更高、荧光分辨率: $CV \leq 2\%$, 优于国产设备, 电子系统采用高速的数据采集和处理系统, 为满足临床患者需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口流式细胞仪由国产设备相比, 具有荧光分辨率高 ($CV \leq 2\%$), 检测通道多, 检测数据可重复性好, 性价比高由进口设备。	
专家签字:	
2025 年 8 月 28 日	

5✓

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	流式细胞仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 流式细胞仪进口设备核心技术领先, 性能优异, 光学系统采用更高质量的激光器, 光学滤光片更精准, 透光率更高、荧光分辨率: $CV \leq 2\%$, 优于国产设备, 电子系统采用高速的数据采集和处理系统, 为满足临床患者需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的流式细胞仪, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的規定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平旦 (法律)	
2025年8月28日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	流式细胞仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 流式细胞仪进口设备核心技术领先, 性能优异, 光学系统采用更高质量的激光器, 光学滤光片更精准, 透光率更高、荧光分辨率: $CV \leq 2\%$, 优于国产设备, 电子系统采用高速的数据采集和处理系统, 为满足临床患者需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
流式细胞仪进口设备, 性能优异, 光学系统采用更高质量的激光器, 更精准, 荧光分辨率 优于国内同类设备, 电子系统采用高速的数据采集和处理系统, 为更好地服务临床需求, 满足医院临床、科研需求, 同意采购进口设备。	
专家签字: 李强	
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	流式细胞仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 流式细胞仪进口设备核心技术领先, 性能优异, 光学系统采用更高质量的激光器, 光学滤光片更精准, 透光率更高、荧光分辨率: $CV \leq 2\%$, 优于国产设备, 电子系统采用高速的数据采集和处理系统, 为满足临床患者需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口流式细胞仪激光器配置不少于11个激光通道, 荧光灵敏度 $FITC < 30MFSF$, $PE < 10MFSF$, $CV \leq 2\%$, 其检测精度极高。但国产设备在以上各种技术指标上均落后于进口设备, 对特殊患者需求无法实现; 为满足临床实际需求, 申请采购进口设备。	
专家签字:	
2025年8月28日	