

政府采购进口设备专家论证会专家名单

项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目

论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	工程师	13213208656	计算机

60


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	微生物鉴定和药敏系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 微生物鉴定和药敏系统进口设备具备超快速检测能力, 仪器检测自动化程度高。全流程自动化与智能操作数据分析优于国产同类设备, 为满足医院医、教、研需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口微生物鉴定和药敏系统具有如下技术优势: 1. 仪器自带数据库内细菌种类多, 检测范围广, 2. 仪器容量大, ≥ 60 万细菌位, 且可灵活加容量。 3. 检测速度快, 检测一体化, 检测效率高。 综上所述, 进口微生物鉴定和药敏系统优于国产同类产品。	
专家签字:	陈笔峰
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	微生物鉴定和药敏系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：微生物鉴定和药敏系统进口设备具备超快速检测能力，仪器检测自动化程度高。全流程自动化与智能操作数据分析优于国产同类设备，为满足医院医、教、研需求，特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
此微生物鉴定和药敏系统为国产设备，具有抗干扰物快速检测能力，自动化程度高，数据可靠性高，性价比高，为国产产品。	
专家签字：	
2025年8月28日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	微生物鉴定和药敏系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 微生物鉴定和药敏系统进口设备具备超快速检测能力, 仪器检测自动化程度高。全流程自动化与智能操作数据分析优于国产同类设备, 为满足医院医、教、研需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的微生物鉴定和药敏系统, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的規定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平旦 (法律)	
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	微生物鉴定和药敏系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 微生物鉴定和药敏系统进口设备具备超快速检测能力, 仪器检测自动化程度高。全流程自动化与智能操作数据分析优于国产同类设备, 为满足医院医、教、研需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见 微生物鉴定和药敏系统进口设备性能稳定、快速检测能力、仪器检测自动化程度高、实现加样、孵育、检测一体化, 智能操作数据分析优于国内同类设备, 为满足临床需求, 同意采购进口设备。	
专家签字: 	
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	微生物鉴定和药敏系统
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 微生物鉴定和药敏系统进口设备具备超快速检测能力, 仪器检测自动化程度高。全流程自动化与智能操作数据分析优于国产同类设备, 为满足医院医、教、研需求, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口微生物鉴定和药敏系统, 菌库种类全面, 可以满足总计不少于 500 种细菌进行鉴定和药敏试验, 抗菌药物种类全面, 可实现检测定制 MIC 值。但国产设备在以上各种技术功能上均落后进口设备, 为满足临床工作实际需求, 建议采购进口设备。	
专家签字:	何姓
2025 年 8 月 28 日	