

政府采购进口设备专家论证会专家名单


项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目

论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	工程师	13213208656	计算机

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	全自动血培养仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 全自动血培养进口设备, 容量大可同时检测不少于 400 个标本, 温控稳定性$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 避免温度波动对培养结果的影响, 创伤合并败血症患者的病原菌检出灵敏度提升 40%, 低浓度菌检出时间提前 12-24 小时, 漏诊率降低至 1%以下。为更准确地判断致病菌, 选择敏感抗菌药物, 为临床诊治疾病提供重要依据, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口全自动血培养仪与国内产设备相比, 在温度控制范围和精度方面有较大差异, 进口产品温控精度更高, 性能更稳定, 检测容量大, 灵敏度高, 同意采购进口产品。	
专家签字:	
2015 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	全自动血培养仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 全自动血培养进口设备, 容量大可同时检测不少于 400 个标本, 温控稳定性$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 避免温度波动对培养结果的影响, 创伤合并败血症患者的病原菌检出灵敏度提升 40%, 低浓度菌检出时间提前 12-24 小时, 漏诊率降低至 1%以下。为更准确地判断致病菌, 选择敏感抗菌药物, 为临床诊治疾病提供重要依据, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口生物培养设备具有以不满足批准安 温度控制精度、温度波动范围、有利于培养 结果。且其全生物培养系统、先电驱动 模式有良好的性能。外观设计简洁、美观、 体积小、重量轻、且操作方便。同时该设备	
专家签字:	陈子超
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	全自动血培养仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 全自动血培养进口设备, 容量大可同时检测不少于 400 个标本, 温控稳定性$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 避免温度波动对培养结果的影响, 创伤合并败血症患者的病原菌检出灵敏度提升 40%, 低浓度菌检出时间提前 12-24 小时, 漏诊率降低至 1%以下。为更准确地判断致病菌, 选择敏感抗菌药物, 为临床诊治疾病提供重要依据, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见 全自动血培养仪进口设备, 温控稳定、温控稳定优于国产设备, 避免温度波动对培养结果的影响, 目前国产设备尚有一定差距, 为提高病原菌检出灵敏度, 同意采购进口设备。	
专家签字:	梁进伟
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	全自动血培养仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 全自动血培养进口设备, 容量大可同时检测不少于 400 个标本, 温控稳定性$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 避免温度波动对培养结果的影响, 创伤合并败血症患者的病原菌检出灵敏度提升 40%, 低浓度菌检出时间提前 12-24 小时, 漏诊率降低至 1% 以下。为更准确地判断致病菌, 选择敏感抗菌药物, 为临床诊治疾病提供重要依据, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的全自动血培养仪, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字:	张平卫 (法律)
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	全自动血培养仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 全自动血培养进口设备, 容量大可同时检测不少于 400 个标本, 温控稳定性$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 避免温度波动对培养结果的影响, 创伤合并败血症患者的病原菌检出灵敏度提升 40%, 低浓度菌检出时间提前 12-24 小时, 漏诊率降低至 1%以下。为更准确地判断致病菌, 选择敏感抗菌药物, 为临床诊治疾病提供重要依据, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
目前, 进口全自动血培养仪培养瓶底部: 内置光电信号灵敏, 光电信号转换准确, 经运算分析准确, 血培养检测准确, 且温度控制在$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$。漏诊率低, 但国产设备在以上功能中均达不到进口设备。因此, 建议采购进口设备。	
专家签字:	何生
2025 年 8 月 28 日	